入札説明書に関する質問への回答書

案件名：東ティモール国東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関する質問と回答は以下の通りです。

公示番号：機-1303A-02　（公告/公示日：平成25年3月8日）	回答日：平成25年3月19日	調達部契約第二課長
質　問　事　項	回　答　内　容	備　　考
質問1 アイテム17～22　太陽光発電パネル仕様、納期 前回公示の際の状況と変わらず、少量注文に対応してもらえないため、調達可能な製品の仕様・納期は注文時点での市場在庫に影響をうけます。入札時には最善の提案させていただくつもりですが、事情をお察しいただき、契約時の仕様・納期に関して柔軟なご判断をお願いいたします。	回答1 納期に関しては柔軟な判断が可能です。契約時の価格の見直しは原則としてできません。仕様については、教育・研究用目的であるため、太陽光発電パネルの製造プロセスが異なる仕様変更は認められませんが、製造プロセスが同一であり、かつ形状寸法が同等品以内である場合、その電気的仕様は、特別付属品のコントローラが適用可能である限り柔軟な判断が可能です。	
質問2 アイテム22　Solar Optimizer with RF Communications Reference Design 前回公示の際の状況と変わらず、製品納期が確定できず、指定納期に間に合わない恐れがあります。前回質問のご回答同様、その場合、後の空送への変更をご検討ください。	回答2 納期に間に合わない見込みが立った場合、後の空送に変更することを検討します。	
質問3 アイテム24　ディープサイクルバッテリー 端子種類につき、仕様と参考銘柄仕様が一致していませんが（T型、L型）、どちらでもいいと解釈してよろしいでしょうか。	回答3 アイテム23の小型風力発電機との接続で整合性が確保されれば、端子の種類はT型、L型のどちらでも結構です。	
質問4 アイテム25　防水ボックス 付属品に取扱説明書（英文）の記載があります。樹脂製の小箱で、参考銘柄メーカーは取扱説明書を発行していませんが準備が必要でしょうか。	回答4 取扱説明書の準備は不要です。	

公示番号：機-1303A-02　（公告/公示日：平成25年3月8日）	回答日：平成25年3月19日	調達部契約第二課長
質　問　事　項	回　答　内　容	備　　考
質問5 アイテム1　ディジタル温度計、アイテム2　ディジタル温度計センサープローブ アイテム2の仕様にメモリー機能（測定データ10個程度）の記載がありますが、その参考銘柄にはメモリー機能がありません。組み合わせて使用するアイテム1の参考銘柄にはメモリー機能がありますが、測定時の最高温度のみです。アイテム1の参考銘柄と近似レベルの製品で測定データ10点のメモリー機能がついたものは市場にはあります。アイテム1（ディジタル温度計）、アイテム2（センサープローブ）それぞれのメモリー機能の要不要をご確認いただけますでしょうか。	回答5 アイテム1のディジタル温度計は、測定時の最高温度を記憶でき、測定後に読み出すことが可能であればよいです。 アイテム2のディジタル温度計用センサープローブは、測定データ10点のメモリー機能を有することが必要です。	
質問6 番号：4　CAD & DFDソフトウェア メーカーによると[SolidWorks Simulation 教育用スタンドアロンタイプ]という教育機関向けのパッケージはないようですが、こちらは[SolidWorks教育版ライセンス]のことでよろしいでしょうか？	回答6 形式：SEX0020、SolidWorks EDU Edition 2012-2013-STAND-ALONEライセンスのことです。	
質問7 番号：14　GPS機能搭載3モーショントラッカー 特別付属品：シリアルケーブル　は何種類かあるようなのですが、指定はございますか？	回答7 シリアルケーブルは不要とします。	
質問8 番号：26　雷光高速度計測カメラ 取扱説明書につきまして、メーカーは和文のみ対応とのことなので、和文に変更願います。	回答8 取扱説明書（和文、1部/式）に変更します。	
【一部修正】 入札説明書別冊機材仕様書8特記事項（５）	「米国の再輸出規制に該当しない事を確認すること。該当することが判明した場合は関連情報を提供すること。当機構で許可申請手続きを行うが、不許可となった場合、当該機材は契約から削除する。」 を以下の通り変更する 「米国の再輸出規制に該当しない事を確認すること。該当することが判明した場合は関連情報を提供すること。受注者が許可手続きを行うが、不許可となった場合、当該機材は契約から削除する。」	